

马鞍山十七冶医院合肥院区康复医院动力切割系统采购招标书

编 制： 张薇薇

审 核： 张霞 (签字)

2025 年 7 月 31 日

一、 投标须知

1、马鞍山十七冶医院合肥院区通用环球合肥康复医院邀请贵公司就动力切割系统采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证金肆仟元整，可以现金或转账方式缴纳，转账账号：

户名：通用环球合肥康复医院

账号：8112301012600148781

开户银行：中信银行股份有限公司合肥蜀山支行

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后两周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签订好验收合同后两周内以缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请或在通用环球合肥康复医院官网看到招标信息后，确认有投标意向，及时到通用环球合肥康复医院财务科填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：通用环球合肥康复医院一楼服务台

联系人：代福娟

联系电话：0551-65428559

7、截标时间：北京时间 2025 年 8 月 4 日 16:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到指定地点。

9、招标文件澄清联系人：张霞

固定电话：0551-64523791

手机：13655605861

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1. 概况：马鞍山十七冶医院合肥院区通用环球合肥康复医院因耳鼻喉科工作需要，购置动力切割系统壹台；

1.2. 质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3. 项目预算：伍万元人民币。

2、相关要求

2.1. 所投产品软件配置要求为目前市场上最新版本；

2.2. 投标时要求提供原厂家的技术参数表；

2.3. 所投产品必须能满足我院相关临床科室的使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、动力切割系统技术参数要求

3.1. 电压：220V $\pm$ 10%，频率：50Hz $\pm$ 10%，输入功率： $\leq$ 200VA；

3.2. 转速调节范围：500 转/分 $\sim$ 6000 转/分（正转和反转），500 转/分 $\sim$ 3000 转/分（往返转），误差为 $\pm$ 15%；具有无级调速功能

3.3. 冲洗流量：控制器具有冲洗功能，最大流量为 40ml/min（空载），误差为±5ml/min，流量可调

3.4. 手持电机的最大输出转矩应不小于 36mN·M

3.5. 噪声小于 65db

3.6. 吸引通道，孔径不小于 2.8mm

3.7. 转速数字显示

配置清单

产品名称	数量	单位	备注
主机	1	台	
直机头	1	支	
切割手柄	1	支	
切割刀具	1	套	单齿、双齿、平切、内弯
熔断丝	2	只	F2AL250, 5×20mm
脚踏开关	1	台	三联
说明书	1	份	
保修卡	1	份	
合格证	1	份	
电源线	1	根	JSB-22 10A250V
铝合金箱	1	只	

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

4、售后服务要求

4.1 整机免费质保两年，投标方须保证提供 5 年以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2 具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库，提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2 小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3 在货物到达应用单位后，卖方应在 2 天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助医院组织验收；

4.4 中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1. 技术标书

1.2. 投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3. 法定代表人的资格证书或法定代表人授权委托书；

1.4. 标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5. 价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6. 投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7. 投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书

2.1. 投标文件未密封；

2.2. 投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3. 投标文件内未附产品彩页；

2.4. 未按照规定缴纳项目保证金。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签订履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归马鞍山十七冶医院合肥院区。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在一周内签署履约合同。

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不再另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在收到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一个月内支付合同总额的 90%；余合同总金额的 10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

马鞍山十七冶医院合肥院区

2025-7-31

附件 1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给
马鞍山十七冶医院合肥院区。

此致！

马鞍山十七冶医院合肥院区

TO: 马鞍山十七冶医院合肥院区

主题: 动力切割系统

截止投标日期 : 2025 年 8 月 8 日 16:00

先生/女士:

谨此告知已收到上面所提的招标文件。

() 我们将在截标日期前报价。

() 我方不报价, 招标文件退回。

姓名&职务: _____

联系方式: _____

公司名称: _____

